

IR.271.6.2020

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Gmina Krynice informuje, że w dniu 30.07.2020r. do tutejszego urzędu wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nr IR.271.6.2020 następującej treści:

Firma „X” zwraca się z

prośbą o sprecyzowanie szczegółowego opisu zamówienia

- **Pokój nauczycielski – poz. 33** – bardzo proszę o sprecyzowanie, z jakich elementów powinien składać się zestaw kuchenny w szczególności poprzez podanie wymiarów i rodzajów szafek wchodzących w jego skład;
- **Pokój pielęgniarki – poz. 47** – proszę o sprecyzowanie czy pozycja ta dotyczy kozetki lekarskiej czy regału, ponieważ nazwa towaru nie jest zgodna z jego opisem

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że :

Pokój nauczycielski poz. 33. –

W skład zestawu wchodzi szafki:

Szafki dolne: 80cm z 3 szufladami, 80cm zlewozmywakowa, 60 cm z jedną szufladą i dwoma drzwiczkami, 40cm z jednymi drzwiczkami

Szafki górne: 80cm z dwoma frontami szklanymi na siłownikach, 80 cm z dwoma drzwiczkami, 60cm z szafką okapową na siłownikach, 40cm z jednymi drzwiczkami,

Wysokość szafek dolnych 82cm + blat

Wysokość szafek górnych 72cm

Głębokość dolnych 45cm + front

Głębokość górnych 28cm + front

Kolor frontów: do uzgodnienia

Cokoły całościowe w kolorze korpusów

Materiał: korpusy - płyta wiórowa melaminowana dwustronnie, korpusy 16mm, fronty MDF 16mm

Blaty w kolorze do uzgodnienia, 28mm;

Uchwyty metalowe

Szkło mleczne, podnośniki gazowe, szuflady metalbox

Pokój pielęgniarstwa poz. 47 poprawny opis kozetki lekarskiej:

Konstrukcja kozetki wykonana powinna być ze stali pokrytej farbą proszkową w kolorze białym. Podglówek regulowany skokowo za pomocą rostomatów. Po bokach kozetki powinny być zamontowane uchwyty służące do mocowania pasów stabilizacyjnych. W podglówku oraz w leżu stołu powinny znajdować się wycięcia na twarz wraz z zatyczką. Blat powinien być pokryty wysokiej jakości materiałem skóropodobnym lub winylowym. Kolor do uzgodnienia. Kozetka powinna być wyposażona w uchwyt na papier.

Długość kozetki 180-200 cm

Szerokość kozetki ok. 70 cm. +/- 5 cm

Wysokość kozetki 55-80 cm

Kąt regulacji zagłówka 0-35 stopni

Waga do 40 kg

Obciążenia min. 200 kg

W Ó J T
Jacek
Jacek Wiśniewski